

Certificaat Nummer / Certificate Number:			
Klant / Customer	Waterman dive Center		
Contactpersoon	Henk van wanrooi		
Datum Test	13-4-2018		
Technicus / Technician	Stefanus Alfons		
Compressor Type	HL270 Super Silent		
Compressor SN	007-D598		
Werkdruk in bar / Pressure	330 Bar		
Volgens norm / Standard	EN 12021:2014		
Te Testen Stoffen / Analytes	Monster / Sample	Norm / Standard	Nauwkeurigheid Accuracy
Zuurstof O2 (%)	20,9	20 - 22	0.01%
Kool Dioxide CO2 (ml/m ³)	7	500	0.01%
Kool Monoxide CO (ml/m ³)	0,1	15	0.50%
T.H.C. als methaan CH4 (ml/m ³)	NA	NA	0.01%
Dauwpunt / Dewpoint (°C)	-50,6	NA	0.50%
Oliedeeltjes / Oil + Particles (mg/m ³)	0	5	NA
Water (H2O) bij 200 bar (mg/m ³)	NA	50	0.50%
Water (H2O) bij 300 bar (mg/m ³)	8	35	0.50%
Geur / Odor	geen	Geen / None	NA
Resultaten / Results	Voldoet aan de norm / Sample Meets Standard		
Test performed by Hobrand Holugt		Report ID - 0	
<p>BELANGRIJK: Dit luchtmonster is getest op alleen de bovengenoemde punten, de mogelijkheid bestaat dat er stoffen in het monster zitten die buiten de scope van dit onderzoek vallen. Indien u uitsluitel wilt hebben op de aanwezigheid van de stoffen die niet in bovengenoemde lijst staan, kunnen wij hier aanvullend onderzoek naar doen. Dit certificaat mag zonder schriftelijke toestemming van Hobrand Holugt niet vermenigvuldigd worden. Methode van testen: FTIR, elektrolytische, microgavimetry, sniffing.</p> <p>BREAKING: This report contains information which is confidential and may be legally privileged. The information is intended only for the individual or entity named on this report. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or use of this information is prohibited. If you received this report in error, please notify us by phone immediately so that we can arrange for retrieval of the original report.</p>			



Technician - Stefanus Alfons

Bezoekadres / Business Address

Sir Rowland Hillstraat 2
4004 JT Tiel
The Netherlands
Tel. (+31) 0344—577511
Fax. (+31) 0344—630640

Postadres / Postal address

Postbus / P.O. Box 6129
4000 HC Tiel
The Netherlands
Online: www.holugt-sauer.com
E-mail: info@holugt-sauer.com